

Držák dýchacích hadic se třemi klouby s upevněním na eurolištu



Držák hadic je určen na fixaci dýchacích hadic od narkotizačního přístroje při operaci. Upevňuje se k operačnímu, popřípadě k jinému stolu na eurolištu o rozměrech 25x10mm. Tím, že je držák uchycen k operačnímu stolu se nemění pozice konce hadic při posunu stolu nahoru a dolů nebo při pohnutí s narkotizačním přístrojem. Jeho tři nezávislé klouby umožňují dokonalé nastavení v každé pozici. Poslední kloub je možno natáčet ve všech směrech a tím přizpůsobit konec hadic endotracheální rource. Vlastní uchycení hadic je univerzální a je možno do něj upnout všechny druhy dýchacích hadic.